



Συμπλήρωμα ΔΥΑΕ 1200087784

Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται καθώς στο έγγραφο της Τεχνικής Προδιαγραφής της Πρόσκλησης στη σελίδα 5 προστίθεται στο τέλος τους πίνακα :

Εύρος μέτρησης H ₂ S	0-20 ppm
Ανάλυση	0,01 ppm
Ακρίβεια	≤2%