



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο χημικό εργαστήριο του ΑΗΣ Κατταβιάς υπάρχει ένα (1) επιτραπέζιο όργανο μέτρησης pH Thermo Scientific Orion Star A111 και ένα (1) φορητό όργανο μέτρησης pH Thermo Scientific Orion Star A121.

Για λόγους συμβατότητας με τα συγκεκριμένα όργανα και με βάση τη χρήση που γίνεται στον ΑΗΣ Κατταβιάς, αποδεκτά αισθητήρια θα είναι μόνο τα εξής:

1. Orion ROSS Ultra 8157BNUMD
2. Orion ROSS Ultra 8107BNUMD

Οι 2 παραπάνω τύποι αισθητηρίων είναι αμοιβαία αποδεκτοί. Θα επιλεγούν 6 τεμάχια από τον κωδικό με το μικρότερο κόστος. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα επιλεγεί η εταιρεία που θα προσφέρει το 8157BNUMD, λόγω της εμπειρίας στη χρήση του.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- Στην τιμή θα περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά για παράδοση των υλικών στον ΑΗΣ Κατταβιάς.
- Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
- Απαραιτήτως οι τιμές της προσφοράς να είναι σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τη Ζήτηση.
- Απαραιτήτως να αναφέρονται και τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών στην προσφορά σας.