



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΚΚ- 1200110119
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-08-2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Νο 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-08-2024

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριών συσκευών φυγοκέντρισης με αποσπώμενες κεφαλές για την Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας.

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου να:

- Τροποποιήσει το Τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», εδάφιο 1.3 που αφορά την Τεχνική Προδιαγραφή των συσκευών, με την προσθήκη των εξής:
 - 1.3.2 Να διαθέτει μία κεφαλή χωρητικότητας τουλάχιστον 6x50ml, μέγιστης φυγοκέντρισης τουλάχιστον 10.000 rpm και επιτάχυνση 12.200xg
 - 1.3.3 Να διαθέτει μία κεφαλή χωρητικότητας τουλάχιστον 12x15ml, μέγιστης φυγοκέντρισης τουλάχιστον 12.000 rpm και επιτάχυνση 16.500xg.

Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης ΔΚΚ- 1200110119 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1, παραμένουν ως έχουν.