



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΚΚ-1200110971  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-10-2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Νο 1  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-10-2024

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Προμήθεια δύο υδατόλουτρων με μαγνητικό αναδευτήρα

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου να:

- Τροποποιήσει το Τεύχος 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές», με την προσθήκη των εξής:

1.8	Η ισχύς εισόδου του να είναι 2100 W.
1.9	Να υπάρχει δυνατότητα θερμοστάτησης με εύρος από θερμοκρασία περιβάλλοντος +10ο C ....100ο C ρύθμιση με βήμα ανά 0.1 ο C.
2.0	Η ελάχιστη θερμοκρασία που μπορεί να ορισθεί να είναι -20 ο C με προσθήκη κατάλληλης διάταξης ψύξης.
2.1	Να έχει σταθερότητα θερμοκρασίας -+ 0.01 ο C.
2.2	Το λουτρό να έχει ελάχιστο βάθος 150mm.
2.3	Η αντλία ανακυκλοφορίας να έχει ροή 18 l/min.

Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης ΔΚΚ-1200110971 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1, παραμένουν ως έχουν.